

Tuchów dnia, 04.05.2023

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941),

informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. Z o. o.

UL. SZPITALNA 1

33-170 TUCHÓW

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: **Tomograf Komputerowy Aquilion 16 nr: GME 1093667 stacjonarny do celów diagnostyki medycznej.**

- Zgodę na uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej wydał Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Decyzja nr 1/65/10 z dnia 06.10.2010 .
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Decyzja nr 2/114/10 z dnia 06.10.2010
- Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dnia 18.marca 2020 r. Decyzja nr3/16/2020 (NP.9026.2.195.2019)

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiaru w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonywane są przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J.Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej . Pomiary w środowisku pracy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

CZŁONEK ZARZĄDU


Krzysztof Jagiełło

Inspektor Ochrony Radiologicznej


Wojciech Mikos

Upr. Nr 342R/2017 wyd. 30.10.2017

Tuchów dnia, 04.05.2023

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o. o.
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 39B

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: **badania radiologiczne – zdjęcia punktowe zębów** realizowane za pomocą aparatu rtg KODAK 2200 nr. ser. CAYO036

- Zgodę na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Małopolski Państwowy Inspektor Sanitarny Decyzja nr 1/111/2014 z dnia 04. lipca 2014
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej Małopolski Państwowy Inspektor Sanitarny Decyzja nr 2/110/2014 z dnia 04.07.2014.
- Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych zdjęcia punktowe wewnątrzustne nie jest wydawana.

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii **B** narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary w środowisku pracy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

CZŁONEK ZARZĄDU



Krzysztof Jagiełło

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wojciech Mikos

Upr. Nr 342R/2017 wyd. 30.10.2017

Tuchów dnia, 04.05.2023

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o. o.

UL. SZPITALNA 1

33-170 TUCHÓW

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: **badania radiologiczne**

- **radiografia ogólna realizowane aparatem EV-650 NR 02380-0908**

- **badania radiologiczne przyłóżkowe Speedy Plus 6 nr. Se. 007/10/00066**

- Zgodę na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie Decyzja nr 1/56/09 z dnia 02.09.2009.
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego **EV-650 NR 02380-0908** do celu diagnostyki medycznej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie Decyzja nr 2/70/09 z dnia 02.09.2009
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego **Speedy Plus 6 nr. Se. 007/10/00066** do celu diagnostyki medycznej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie Decyzja nr 2/47/2011 z dnia 23.05.2011
- Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dnia 4.stycznia 2020 r. Decyzja nr nr3/1/2019 (NP.9026.2.13.2018)

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiaru w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonywane są przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J.Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

CZŁONEK ZARZĄDU


Krzysztof Jagiełło


Wojciech Mikos

Upr. Nr 342R/2017 wyd. 30.10.2017

Tuchów dnia, 04.05.2023

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941),
informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o. o.
UL. SZPITALNA 1
33-170 TUCHÓW

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: **badania radiologiczne – mammografia** realizowane za pomocą mammografu Lorad Selenia nr ser.28401148008W

- Zgodę na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie Decyzja nr 1/55/2021 z dnia 21.05.2021.
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie Decyzja nr 2/85/2014 z dnia 07.05.2014
- Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dnia 4.stycznia 2020 r. Decyzja nr 3/1/2019 (NP.9026.2.13.2018)

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiaru w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonywane są przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J.Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej. Pomiary w środowisku pracy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

CZŁONEK ZARZĄDU


Krzysztof Jagiello


Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wojciech Mikas

Upr. Nr 342R/2017 wyd. 30.10.2017

Tuchów dnia, 04.05.2023

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941),
informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o. o.
UL. TARNOWSKA 34
33-170 TUCHÓW

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: **badania radiologiczne – zdjęcia punktowe zębów** realizowane za pomocą aparatu rtg ENDOS DC nr. ser. 25090202

- Zgodę na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Decyzja nr 1/112/2017 z dnia 9 września 2017.
- Zgodę na stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Decyzja nr 2/119/2017 z dnia 9 września 2017.
- Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych zdjęcia punktowe wewnątrzustne nie jest wydawana.

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii **B** narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiaru w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonywane są przez Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J.Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej. Pomiary w środowisku pracy wykonuje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Wojciech Mikos
Upr. Nr 342R/2017 wyd. 30.10.2017

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Jagiello